









# MICROCONE

## РАСШИРЕННЫЙ ХИРУРГИЧЕСКИЙ НАБОР



			Втулки**								
0-32-09											
	0-32-10	0-32-11	0-32-12	0-32-13	0-32-14	0-32-22	0-32-23	0-32-24	0-32-25	0-32-26	
Диаметр имплантата			Ø 3.0	Ø 3.5	Ø 4.5/3.5	Ø 4.0	Ø 4.5	Ø 5.0			
Игловидный бор	Пилотное сверло	Плотность кости	Свёрла								
0-14-77	M 1-14-01 L 1-14-04	D3/D4	M 1-14-02 L 1-14-05	M 2-14-01 L 2-14-09	M 2-14-61 L 2-14-62	M 2-14-03 L 2-14-11	M 2-14-05 L 2-14-13	M 2-14-07 L 2-14-15			
		D1/D2	M 1-14-03 L 1-14-06	M 2-14-02 L 2-14-10	M 2-14-04 L 2-14-12	M 2-14-06 L 2-14-14	M 2-14-08 L 2-14-16				
Сверло M = 20 мм; L = 25 мм. Свёрла S (6 мм) доступны в виде дополнительного комплекта. Не входят в состав набора.											






**Отвертка угловая**  
0-13-59

**Съемный стальной лоток**

**Глубиномер\***  
0-13-10

\*Глубиномер располагается в нижнем ярусе лотка

**Динамометрический ключ**  
M 12

Имплантоводы RI			
Для наконечника		Ручной	
S 2-13-32 M 2-13-33	S 2-13-35 M 2-13-36		
Имплантоводы MedentiGuide RI			
Для углового наконечника	Для ключа-трещотки		
M 2-32-07 L 2-32-08	M 2-32-09 L 2-32-10		
			
Имплантоводы MedentiGuide NI			
Для углового наконечника	Для ключа-трещотки		
M 1-32-07 L 1-32-08	M 1-32-09 L 1-32-10		
			
Отвертки (Hex 1.26)			Индикаторы параллельности
Для наконечника	Для динамометрического ключа		Для имплантата NI
M 0-13-04 L 0-13-05	M 0-13-22 L 0-13-23		1-13-11
			2-13-31
			Глубиномер
			0-13-16
			

\*\* В набор входит 4 шт каждого вида втулок. Втулки хранятся отдельно от хирургической кассеты либо внутри нее